康健医疗
KANG JIAN MEDICAL

Specimen Container

标本杯系列

原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成。

质量监控 流程管理

采用国际标准化的ISO9001质量监控体系，确保对产品进行连续的质量监控，生产有序、高效。

定制个性化产品 满足差异化需求

根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制模具、外观、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。

标本杯

产品介绍

◎ 康健医疗标本杯材质为医用级原生PP，耐高温不变形。不同容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
◎ 专为安全可靠地收集和运输生物标本而设计，有效防止标本的干燥和泄漏。如尿液、粪便、唾液、精液、试剂、防腐剂等需要密封保存的样本。
◎ 本品自带安全卡扣，当杯盖与杯体拧紧时，能够发出咔哒一声旋紧提示音，具有安全防漏特点的同时避免过度旋紧导致滑丝的现象发生。
◎ 注塑的杯体容量刻度清晰易读，三组刻度平均分布在杯身四周，方便实验人员快速读取而无需旋转杯身。
◎ 密封性能好，安全性高，防泄漏污染，便于保存和运送。
◎ 灭菌方式：EO灭菌或辐射灭菌。

规格参数

REF 目录编号	刻度 容量	MAT 材质	外观 * 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	产品编码
KJ532-1	120mL	PP	Ø53×82mm	EO或辐射	25	250	075-12001
KJ532-2	80mL	PP	Ø53×68mm		50	400	075-08001
KJ532-3	60mL	PP	Ø44×61mm		40	600	075-06001
KJ532-4	40mL	PP	Ø44×50mm		20	800	075-04001
KJ532-5	20mL	PP	Ø30×50mm		50	800	075-02001
KJ532-6	250mL	PP	Ø83×80mm				075-25001
KJ532-7	500mL	PP	Ø83×110mm				075-50001

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

尿液标本杯

产品介绍

◎ 尿液标本杯(量杯)主要材质为医疗级PP或PS，PP标本杯耐高温121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
◎ 杯体容量刻度清晰易读，大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
◎ 密封性能好，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
◎ 同时，良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
◎ 根据用途可定制无DNA酶、无RNA酶、无热原的产品，并可定制条码标签。
◎ 灵活选择灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。

定制标签

单只灭菌包装

KJ512

KJ513-2

KJ515-2

KJ517-1

KJ524-3

KJ525

KJ524-5

规格参数

REF 目录编号	容量	MAT 材质	外观尺寸 *	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ512	100mL	PP	Ø60×73mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-10013
				-	-	250	散装	071-10010
KJ513-2	120mL	PP	Ø64×75mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12013
				-	-	250	散装	071-12010
KJ515-2	60mL	PP	Ø53×65mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06013
				-	35	420	多只袋装	071-06014
KJ517-1	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-06023
				-	20	600	多只袋装	071-06024
KJ524-3	40mL	PS	Ø42×59mm	EO	20	800	单支塑袋包装	071-04013
KJ525	60mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	071-06033
				-	20	800	多只袋装	071-06034
KJ524-5	40mL	PP	Ø43×62mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-04073

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

尿液标本杯

KJ531

KJ532

KJ516

KJ516

KJ517-2

KJ517-3

KJ517-5

KJ524

KJ529

KJ530

规格参数

REF 目录编号	容量	MAT 材质	外观尺寸*	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ531	90mL	PP	Ø58×67mm	EO	1	300	单支塑袋包装	071-09013
KJ532	120mL	PP	Ø59×88mm	EO	1	250	单支塑袋包装	071-12023
		PP	Ø59×88mm	-	25	250	多只袋装	071-12020
KJ516	40mL	PET	Ø78×36mm	-	400	10000	本色透明，多只袋装	071-04034
		PET	Ø78×36mm	-	400	10000	白色，多只袋装	071-04044
KJ517-2	40mL	PP	Ø48×47mm	EO	40	800	手掀盖，多只袋装	071-04055
		PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖，多只袋装	071-04054
KJ517-3	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	手掀盖，标签式，多只袋装	071-04064
KJ517-5	40mL	PP	Ø48×45mm	-	40	800	杯-盖联体，手掀盖，标签式	071-04083
KJ524	30mL	PS	Ø31×93mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖，多只袋装	071-03014
KJ529	30mL	PS	Ø31×94mm	-	50	800	防漏螺旋盖，多只袋装	071-03024
KJ530	30mL	PP	Ø31×94mm	-	50	800	双色注塑防漏螺旋盖，多只袋装	071-03034

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

尿液标本采集器

产品介绍

◎ 本系统由尿液收集杯和预置负压的尿液采集管组成。主要用于尿液标本的采集和检验前的无污染操作。
◎ 密封性能好，有效防止标本渗漏及污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触。良好的密封性能确保分析前质量控制，为样本检测标准化提供保障。
◎ 人性化的设计，使封闭式尿液收集操作过程轻松便捷，安全高效，有效防止环境污染，营造卫生环境。
◎ 可选EO或辐射灭菌。



人性化警示，提醒患者使用时避免穿刺针伤手。

杯盖的孔内有硅胶套保护的穿刺针。

采集杯盖内面凹槽式设计与杯口边缘精密吻合，有效防止杯内尿液泄漏。



两种不同的汲液嘴设计：内、外置均能有效保证杯内尿液迅速吸入采集管内。

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	外观尺寸*	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ527-5	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø54×64mm (外置式汲液嘴)	50	-	400	1、负压采集管可选U形底或V形底。 2、标签可定制。 3、定制灭菌方式：EO、辐射或不灭菌。	071-06041
KJ527-10	PP	60 (盛液量: 45 ~ 25)mL	Ø52×64mm (内置式汲液嘴)	50	-	300		071-06042
KJ527-6	PP	90 (盛液量: 70 ~ 30)mL	Ø58×65mm (外置式汲液嘴)	50	-	300		071-09021
KJ527-7	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (外置式汲液嘴)	50	-	300		071-10026
KJ527-11	PP	100 (盛液量: 80 ~ 30)mL	Ø65×75mm (内置式汲液嘴)	50	-	300		071-10027
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm (U形底)	-	100	1200		071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm (V形底)	-	100	1200		071-01011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

一、患者尿液收集步骤

① 按逆时针方向拧开杯盖。
(注意：非医检人员禁止揭开防护标帖，防止孔内穿刺针刺伤人体。)


② 将拧开后的杯盖汲液头朝上放置于干净台面。(注意：请勿接触到吸液嘴和圆柱体表面，以及杯体内表面。)

③ 以100mL容量的收集杯为例，收集量约70mL左右的新鲜尿液为宜。最少30mL最多不超过80mL。

④ 盖上杯盖并顺时针旋紧杯盖。及时送检。

尿液标本采集器

二、医检人员尿液采集方法

① 医检人员在采集前需反复摇匀杯内尿样。

② 立即揭开防护标帖，露出采集孔。

③ 迅速取尿液采集管，管帽朝下沿采集孔插入并下压，使穿刺针刺穿丁基胶塞，杯内尿液在大气压作用下自动吸入管内(约10mL)。

④ 向上拔出尿液采集管，完成尿样采集，待检。

⑤ 最后，盖上尿杯的防护标帖，以防伤手。

简式尿液采集器

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	外观尺寸 *	STERILE 灭菌方式 *	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ533	PP	-	140mm(长度)	定制	100	-	1000		071-14015
KJ759	PET	10mL	Ø16×100mm(U底管)	定制	-	100	1200		071-01010
KJ757	PET	10mL	Ø16×100mm(V底管)	定制	-	100	1200		071-01011

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

尿液DNA样本保存管

产品介绍

◎ 尿液 DNA 样本采集与常规血液 DNA 样本采集相比，是一种新型的对人体无伤害、无痛苦的采集 DNA 样本的方法。尿液 DNA 样本保存管不仅能够保存尿液中的基因组，还能够保存尿液中游离循环 DNA(cfDNA)。研究证明血浆 cfDNA 部分是来自于肿瘤、胎儿和移植器官的，并且血浆游离 DNA 能够通过肾脏透进入尿液，这就为无创诊断带来极大的应用价值。

◎ 尿液 DNA 样本保存管采集尿液样本之后，能够在 6-35℃稳定保存 DNA 长达 7 天。尿液 DNA 样本保存管是由 EDTA 抗凝剂和特殊的保护剂组成，能够有效抑制尿液中的核酸酶，并避免尿液中脱落细胞基因组 DNA 的释放，同时也能够用于保存尿液中的血细胞。具有采集方便、无创、常温储存与运输等优点，为尿液样本的运输及储存提供了极大的便利。该产品适用于无创产前筛查与一些疾病的早期诊断相关的研究。

◎ 尿液 DNA 样本保存管为 PET 材质的负压管，且内置一定量的尿液 DNA 样本保存液，用于对尿液采集杯内尿样的采集和保存。

◎ 尿液采集注意事项:

1、建议保存 2 支尿液 DNA 样本保存管的尿液量，采尿量过多或过少将会导致不恰当的尿液 / 保护剂的比例，达不到最佳的检测结果。

2、如果产品在使用前发现有沉淀或不溶物出现应停止使用。

3、最好采集晨尿，并且采尿后立即温和上下颠倒保存管 10 次，混匀不充分或太剧烈均可能对检测效果造成影响。

◎ 游离 DNA 提取方法:

1、分离尿液：将尿液 DNA 样本保存管 4000rpm 离心 10 分钟，吸取上层尿液到一个新的离心管中，并注意不可吸取到管内尿液下方的脱落细胞。

2、提取游离 DNA：分离后的尿液，可使用商业化的相关试剂盒进行游离 DNA 的提取。

◎ 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原，并可定制条码标签。

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容积	保存液	STERILE 灭菌方式 *	只/袋	支/盘	只/箱	备注说明	产品编码
KJ759-1	采集杯:PP	100mL	-	可选	50	-	300	杯盖、管帽颜色可定制	071-10052
	保存管:PET	10mL	专用DNA保存液2mL	辐射灭菌	-	100	1200		

使用图示



① 摇匀尿液采集杯内的尿液样本。

② 揭开防护标帖，露出采集孔。

③ 取DNA样本保存管，管帽朝下插入采集孔并下压，使穿刺针刺穿管帽丁基胶塞，在大气压作用下，尿液被充分压入管内约8mL。(建议采集2管尿样)

④ 立即轻力上下颠倒混匀DNA样本保存管10次左右，使管内尿液与预置的DNA保存液充分混匀，完成样本采集工作。

粪便标本杯

产品介绍

◎ 粪便标本杯主要材质为医疗级 PP 或 PS，PP 标本杯耐高温 121℃，高压，不变形。各种款式、容量、杯盖颜色的设计适合不同标本采集及实验的需求。
◎ 采样勺与杯盖一体化注塑成形，便样采集更可靠。大面积的磨砂面便于检验人员书写标注。
◎ 良好的密封性，有效防止标本渗漏、污染，便于保存和运送，避免患者及医务人员与标本的接触，安全可靠。
◎ 根据客户需要可定制标签。
◎ 可选不同灭菌方式：EO 灭菌、辐射灭菌或不灭菌。

KJ513-1

KJ514

KJ515

KJ515-1

KJ524-4

KJ524-12

KJ524-13

KJ526

KJ529-1

规格参数

REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观尺寸 *	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ513-1	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	黑色杯体，手揿盖，盖匙一体	072-03014
KJ514	30mL	PP	Ø39×29mm	-	100	1200	白色杯体，手揿盖，多只袋装	072-03024
KJ515	60mL	PP	Ø49×57mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06013
				-	40	600	多只袋装	072-06014
KJ515-1	60mL	PP	Ø53×64mm	EO	1	300	单支塑袋包装	072-06023
				-	35	420	多只袋装	072-06024
KJ524-4	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	盖匙一体式，多只袋装	072-04044
KJ524-12	40mL	PP	Ø38×62mm		20	800	多只袋装	072-04025
KJ524-13	40mL	PS	Ø42×59mm	-	20	800	多只袋装	072-04014
KJ526	40mL	PP	Ø43×68mm	EO	20	700	单支塑袋包装	072-04023
				-	20	800	多只袋装	072-04024
KJ529-1	40mL	PP	Ø48×47mm	-	40	800	白色杯体，手揿盖，盖匙一体	072-04034

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

粪便标本杯

KJ529-2

KJ523

KJ523-2

KJ524-6

KJ524-11

KJ524-14

KJ524-7

KJ524-10

管底二维码
KJ542

KJ743

规格参数

REF 目录编号	容积	MAT 材质	外观尺寸 *	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ529-2	60mL	PP	Ø49×57mm	可选	35	420	盖匙一体式，多只袋装	072-06034
KJ523	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	防漏盖，多只袋装	072-03034
KJ523-2	30mL	PS	Ø30×90mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03044
KJ524-6	5mL	PP	Ø16×72mm	可选	250	2500	多只袋装	072-00524
KJ524-11	5mL	PP	Ø13.5×64mm	可选	300	3000	带刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00534
KJ524-14	5mL	PP	Ø16×58.4mm	可选	200	2000	丝印刻度，帽匙一体，螺旋盖	072-00535
KJ524-7	10mL	PS	Ø32×75mm	可选	50	800	多只袋装	072-01014
KJ524-10	15mL	PP	Ø21×80mm	可选	50	800	盖匙一体，多只袋装	072-03064
KJ542	5mL	PP	Ø16×58mm	可选	50	800	盖匙一体，螺旋盖，管底带二维码	072-01515
KJ743	10mL	PS	Ø9×75mm	辐射	100	1000	入肛式大便采集器，多只袋装	072-01035

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

粪便标本采集保存管

产品介绍

◎ 该采集器主要用于大便常规类、隐血、微生物、轮状病毒等理化检测前的标本采集和预处理。
◎ 本品主要由盛液管（内装稀释液）、易折杆、连接座、密封旋盖、采样头、标本稀释管等组成。
◎ 采样头有：槽式采样头、棉签式采样头、铲式采样头设计，方便标本采集。
◎ 盛液管采用优质 PE 材料制成，挤压不破裂，具有良好的弹塑性。管内的易折杆为空心设计，压弯 30°即可折断，2mL 稀释液沿折断孔迅速向下流入标本稀释管内。
◎ 大便标本的预处理在标本稀释管的密闭管腔内进行，与外部隔绝，医检操作安全无接触，对实验室环境无异味、无污染。
◎ 一体化密封式设计，保证标本检验前的预处理工作在完全密封的容器中进行，处理过程轻松便捷、卫生安全。



规格参数

REF 目录编号	预置溶液	MAT 材质	外观* 尺寸	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×125mm	-	100	1000	槽式采样头	072-12514
				EO / 辐射	100	1000	槽式采样头	072-12515
KJ534-1	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø25×170mm	-	100	800	棉签式采样头	072-17014
				EO / 辐射	100	800	棉签式采样头	072-17015
KJ534-2	生理盐水或保存液 2.5mL	PP	Ø24×127mm	-	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12516
				EO / 辐射	100	1000	铲式采样头，带滤芯	072-12517

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

使用图示

① 旋开采样器，持盛液管端，采集大便标本充满至采样头的采样凹槽中，注意选取的标本和采样量应满足检测需求。

② 将取好标本的采样杆插入标本稀释管内，旋紧密封旋盖。完成大便标本的采集。

③ 检验人员握持采样器，在靠近易折杆侧用拇指推压盛液管中端，使管内易折杆沿根部折断，露出小孔。轻挤盛液管，让稀释液通过小孔完全流入标本稀释管内。

④ 检验前请适当晃动采样器，让采样头凹槽中的大便标本与采样头分离并与稀释液充分混匀，使标本呈悬浊状。

⑤ 检验时，摘下黄色密封帽，轻挤盛液管端，标本混合液可从出液嘴滴出，完成标本预处理工作。

粪便DNA样本保存管

产品介绍

产品由粪便采集管（器）和预置的 DNA 保存液组成，每管保存液最多可保存 0.5g 粪便样本。保存液可在常温条件下保存粪便中宿主与微生物的 DNA 至少 60 天，在 -20℃和 -80℃下可长期保存，并且能够有效防止常温保存条件下样本中微生物种类发生改变。本产品使用简单方便，可广泛用于医院、科研院所、家庭等常温条件下粪便样本的采集与保存。

- ◎ 保存方便，可在常温下采集、保存粪便样本，保护样本中宿主与微生物的 DNA 不被降解，防止微生物污染。
- ◎ 取样简单，用保存管帽（或采集处理器）附带的勺子直接挖取粪便样本，然后浸入常温保存液中混匀即可。
- ◎ 从保存液中提得的 DNA 适用于下游多种基因检测，如 PCR、芯片分析及二代测序等。
- ◎ 保存管、采集勺均为无菌产品，最大程度减少了耗材中微生物及微生物残留 DNA 对样本的污染。
- ◎ 用途广泛，可广泛用于医院、家庭、高校、科研院所等常温条件下粪便样本的采集保存。

KJ534-4 使用图示



① 如图旋开采样器。



② 使用小铲采集适量新鲜粪便样本约 0.5g。



③ 将粪便样本迅速送入管内。



④ 旋紧采样器。

⑤ 如图示压断易折杆，使 DNA 保存液通过导流孔完全流入下方管内。



⑥ 反复摇晃，使粪便样本与 DNA 保存液充分混匀，完成采集工作。

KJ534-4

KJ524-15 使用图示



① 旋开保存管。



② 使用管帽勺挖取约 0.5g 的新鲜粪便。

③ 将粪便样本送入保存管内，并旋紧管帽。



④ 反复摇晃管体，使粪便样本与 DNA 保存液充分混匀，完成采集工作。

KJ524-15

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸*	保存液	STERILE 灭菌方式	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ534-4	PP	Ø24×127mm	DNA保存液2.5mL	辐射灭菌	100	1000	粪便DNA样本采集保存处理器(带滤芯)	071-12518
KJ524-15	PP	Ø16×58mm	DNA保存液3mL	辐射灭菌	200	2000	粪便DNA样本保存管(管底二维码)	071-01516

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。

设计适合不同标本采集及实验的需求。

KJ518-4

KJ519-6

KJ519-2

备注说明
多只袋装
单支塑袋包装
多只袋装，耐高温高压
单支塑袋包装，耐高温高压
多只袋装
单支塑袋包装
只塑袋包装
多只袋装
单支塑袋包装
只塑袋包装
多只袋装
单支塑袋包装
只塑袋包装
丝印刻度，多只袋装
单支塑袋包装

唾(痰)液DNA样本采集器

产品介绍

本品可直接用于唾液或痰样本的采集、保存和运输，并通过保存液稳定其中的游离 DNA(CellFree DNA) 或病毒样本。可用于分子诊断检测 (包括但不限于聚合酶链式反应 PCR 或分支 DNA 扩增技术)、病毒检测或其他的体外检测所需唾液样本的诊断。

◎ 本产品由唾液采集器 (采集漏斗 + 样本收集管)、样本收集管管帽、保存液管 (预置 2mL 游离 DNA 保存液或病毒样本保存液) 组成。
◎ 在室温环境下采集、保存和运输唾液样本中的游离 DNA 或病毒样本。
◎ 用于病毒样本采集时，可定制不同的病毒样本保存液，如 VTM 保存液 (粉红色)、含灭活剂的保存液 (无色) 或生理盐水。
◎ 用于 DNA 样本采集时，预置的 DNA 保存液适用于多种 DNA 提取纯化试剂盒，室温下可以稳定保存游离 DNA 最长达到 24 个月。
◎ 采集过程无痛无创，可居家自行采集，更加便捷。
◎ 采集漏斗人性化设计，贴合人体口型结构，操作简便。管帽配备防漏垫圈，密封防漏。
◎ 根据用途可定制无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原的产品。可选 EO 或辐射灭菌。

规格参数

REF 目录编号	采集漏斗	保存管规格	保存液*	套/箱	备注说明	产品编码
KJ536	螺口式	5mL, Ø16×60	DNA保存液2mL	200	用于分子诊断、疾病筛查、DNA遗传鉴定等,保存液预置量可定制。	073-00025
KJ537	插口式	5mL, Ø16×60		200		073-01025

* 保存液可根据用户需求定制。

使用图示

(注：螺口式漏斗的采集器使用方式与插口式基本相同)



① 使用前先用清水清洁口腔，向采集漏斗中轻轻吐入唾液 2mL(不含唾液泡沫)。
② 放置唾液采集管保持其直立状态，并旋开保存液管管帽。
③ 将保存液缓缓倒入采集漏斗中。
④ 从采集器分离出唾液漏斗，并妥善处理好废弃漏斗和空的保存液管。
⑤ 取用配备好的橙色管帽将样本收集管拧紧。
⑥ 反复摇动收集管，使唾液与保存液充分混匀，完成样本采集工作。

NOTE

康健医疗
KANG JIAN MEDICAL

康健医疗京东旗舰店　康健医疗微信公众号　康健医疗小红书　康健医疗抖音号

江苏康健医疗用品有限公司
泰州市姜堰区火车站站前路16号
0523-88662233 / 88665500
400 001 9988
www.kangjian.com
info@kangjian.com